

В Ямало-Ненецком УФАС России  
[to89@fas.gov.ru](mailto:to89@fas.gov.ru)

**Заказчик:** Уполномоченный орган

[департамент государственного заказа Ямало-Ненецкого автономного округа](#)

Место нахождения: Российская Федерация, 629008, Ямало-Ненецкий АО, Салехард г, Чубынина, 14, -  
Почтовый адрес: Российская Федерация, 629008, Ямало-Ненецкий АО, Салехард г, Чубынина, 14, -

**Заявитель:** ООО «МедТехникаПоинт»

Место нахождения: 191119 Санкт-Петербург ул. Воронежская д.5  
Почтовый адрес: 191119 Санкт-Петербург ул. Воронежская д.5

телефон: +78122447124  
e-mail: [tender@mtpoint.ru](mailto:tender@mtpoint.ru)

### ЖАЛОБА

на действия Заказчика в связи с нарушением действующего законодательства  
при формировании положений документации о закупке.

**Форма торгов:** аукцион в электронной форме.

**Номер извещения:** 0190200000315005143

**Организация, осуществляющая закупку:**

Уполномоченный орган  
[департамент государственного заказа Ямало-Ненецкого автономного округа](#)

Почтовый адрес: 191119 Санкт-Петербург ул. Воронежская д.5

Место нахождения: 191119 Санкт-Петербург ул. Воронежская д.5

Ответственное должностное лицо: Батухтина Светлана Сергеевна

Адрес электронной почты: [auction@goszakaz.gov.yanao.ru](mailto:auction@goszakaz.gov.yanao.ru)

Номер контактного телефона: 7-34922-51151

**Предмет аукциона:** Поставка автоматической системы для окраски гистологических препаратов

**Адрес официального сайта, на котором размещена информация о закупке:** <http://www.sberbank-ast.ru>

**Участник закупки:** ООО «МедТехникаПоинт»

Место нахождения: 191119 Санкт-Петербург ул. Воронежская д.5

Почтовый адрес: 191119 Санкт-Петербург ул. Воронежская д.5

телефон: +78122447124

e-mail: [tender@mtpoint.ru](mailto:tender@mtpoint.ru)

**Обжалуемые действия:** Действия Заказчика, а именно: нарушением действующего законодательства при формировании положений документации о закупке.

В техническом задании Заказчиком установлены следующие требования к оборудованию:

№	Параметр	Требование технического задания
1.	<b>Общие требования</b>	
	Автоматическая система для окраски гистологических препаратов в количестве 1 штука.	Наличие
2.	<b>Характеристики прибора</b>	
	Роботизированное перемещение манипулятора по осям X/Y	Наличие
	Емкость одной корзины для загрузки предметных стекол	Не менее 30 предметных стекол
	Возможность одновременной работы не менее чем с 10 корзинами	Наличие
	Одновременное выполнение нескольких различных программ окрашивания	Наличие

ООО «МедТехникаПоинт»: 191119, ул. Печатника Григорьева, д. 8

	Количество станций для контейнеров с реагентами	Не менее <b>18</b>
	Количество промывочных станций	Не менее 4
	Количество выдвижных станций для загрузки предметных стекол	Не менее 1
	Количество выдвижных станций для выгрузки предметных стекол	Не менее <b>1</b>
	Объем контейнера с реагентами	Не менее 400 мл и не более 480 мл.
	Система вентиляции для защиты от вредных испарений должна иметь угольный фильтр и возможность присоединения к внешней вытяжке	Наличие
	Совместимость с автоматом для заключения препаратов под покровные стекла с помощью совместимых корзин	Наличие
	Непрерывная подача новых партий препаратов через станцию загрузки и непрерывная выгрузка обработанных препаратов через станции выгрузки без открывания крышки	Наличие
	Система защиты от проливания реагентов с помощью специального устройства для слива остатков реагентов на манипуляторе переноса штатива со стеклами	Наличие
<b>3. Программирование</b>		
	Функция перемешивания: независимая от механизма переноса с не менее чем тремя различными скоростями для оптимальной инфильтрации препарата	Наличие
	Время погружения	В диапазоне не менее чем от 1 сек. – 99 мин. 59 сек. с посекундным интервалом установки
	Программное обеспечение с заданными стандартными протоколами и возможностью модификации и добавления новых протоколов	Наличие
	Автоматическое документирование всех процессов окрашивания и контроль качества реагентов	Наличие
	Объем памяти	Не менее чем <b>15</b> программ с возможностью задать не менее <b>25</b> этапов в каждой программе
	Оптический и акустический сигнал в случае остановки программы и после окончания протокола	Наличие
<b>4. Комплектация</b>		
	Контейнеры для реагентов, не менее	<b>18</b> шт.
	Крышки для контейнеров, не менее	<b>18</b> шт.
	Промывочные контейнеры, не менее	4 шт.
	Сменный угольный фильтр	1 шт.
<b>5. Документы</b>		
	Регистрационные удостоверения Министерства здравоохранения или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития	Наличие на все оборудование, копии должны предоставляться в составе второй части заявки
	Документы к оборудованию на русском языке	Наличие
<b>6. Обучение медицинского и технического персонала, гарантийные обязательства, сервисное обслуживание</b>		
	Обучение медицинского и технического персонала	Наличие
	Гарантия на оборудование	не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию

**ООО «МедТехникаПоинт»: 191119, ул. Печатника Григорьева, д. 8**

Перечисленные характеристики автоматической системы для окраски препаратов подходят только для аппарата для окраски препаратов Leica ST5010, эксклюзивным поставщиком которого является компания ООО «Биолайн».

Таким образом, данное в техническом задании описание требований к товару, его характеристикам нарушает ст.17 Федерального Закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в соответствии с которой запрещаются действия, которые приводят к ограничению конкуренции, в том числе путем создания преимущественных условий для участия в торгах, поскольку указанные Заказчиком характеристики оборудования соответствуют только одному производителю не зависимо от количества возможных Поставщиков которые могут вступить в сговор. Примеры аукционов с данным оборудованием подтверждающие уникальность данных характеристик:

аукцион №0303200025113000430 от 26.12.2013, №0333200008413000004 от 11.06.2013.

А также Заказчику был отправлен Запрос разъяснения для расширения характеристик явно прописанных под одного поставщика. Заказчик не внес изменения в АД.

На основании вышеизложенного, в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 26 июля 2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции»

### **ПРОШУ:**

1. Признать настоящую жалобу обоснованной;
2. Признать в действиях Заказчика нарушение Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 26 июля 2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции»;
3. Выдать предписание об устранении выявленных нарушений законодательства Заказчику;
4. Привлечь соответствующих должностных лиц Заказчика к административной ответственности;
5. Направить копию решения по настоящей жалобе на электронный адрес [auction@goszakaz.gov.yanao.ru](mailto:auction@goszakaz.gov.yanao.ru), [tender@mtpoint.ru](mailto:tender@mtpoint.ru)

#### Приложение:

1. Копия документа, подтверждающего полномочия генерального директора.
2. Сравнительные характеристики зарегистрированных аппаратов для окраски препаратов
3. Копия запроса разъяснения АД.
4. Копия ответа на запрос разъяснения АД.

Генеральный директор ООО «МедТехникаПоинт»  
документ подписан ЭЦП

/Рудакова Т. В./