

ОНФД

ООО «Оборудование для нейрофизиологии
и функциональной диагностики»

ИНН 7816565150 КПП 781601001

(812) 748-22-47 8 800 775-79-06

www.onfd.ru 365@onfd.ru

Санкт-Петербург

кому:

Руководителю Управления Федеральной антимонопольной службы по Ямало-Ненецкому автономному округу
Печерину Олегу Юрьевичу
629001, Тюменская обл., ЯНАО, г.Салехард, ул. Губкина, д.13
to89@fas.gov.ru

Копия:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Тарко-Саллинская центральная районная больница»
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул. Набережная д.1.
tscrb@mail.ru.

Жалоба на действия Заказчика

При размещении заказа способом электронного аукциона на право заключения государственного контракта на поставку системы регистрации отоакустической эмиссии (код закупки – 0100200000215005595) Заказчиком были нарушены требования федерального закона № 44. В пунктах 1.12., 1.16., 1.24, 1.25, 2.3., 2.4, 2.10 Технического задания (приложение № 3 Аукционной документации) были установлены требования, в явном виде содержащие технические характеристики системы регистрации отоакустической эмиссии OtoRead производства компании Interacoustics, Дания

В ответ на первый запрос разъяснений Заказчиком были внесены изменения по пп. 1.16 и 2.4., по всем остальным пунктам изменения внесены не были. Отсутствие изменений в пп.1.12. и 2.10 не предоставляют возможности предложения участниками размещения заказа приборов других марок и других производителей (в том числе отечественного производства), кроме прибора Otoread, что является грубым нарушением 44-ФЗ.

Проим просим вынести предписание в адрес Заказчика об изменении (исполнении) Технического задания Приложения:

- № 1 – Техническое задание
- № 2 – Ответ на запрос разъяснений
- № 3 – Ответ на запрос разъяснений

Директор ООО «ОНФД»
Гальцев Юрий Владимирович
11 июня 2015 года

