

ОНФД

ООО «Оборудование для нейрофизиологии
и функциональной диагностики»

ИНН 7816565150 КПП 781601001

(812) 748-22-47 8 800 775-79-06

www.onfd.ru 365@onfd.ru

Санкт-Петербург

Кому:

Руководителю Управления Федеральной антимонопольной службы по Ямало-Ненецкому автономному округу
Печерину Олегу Юрьевичу
629001, Тюменская обл., ЯНАО, г.Салехард, ул. Губнина, д.13
to89@fas.gov.ru

Копия:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Тарко-Салинская центральная районная больница»
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул. Набережная д.1.
tscrb@mail.ru.

Жалоба на действия Заказчика

При размещении заказа способом электронного аукциона на право заключения государственного контракта на поставку системы регистрации отоакустической эмиссии (код закупки – 0190200000315005586) Заказчиком были нарушены требования федерального закона № 44 и предписания по решению № 04-01/155-2015 выполнены не в полном объеме.

Планировавшаяся техническая заданием, размещенная Заказчиком на площадке, и подписанием документа. Заказчиком были проигнорированы некоторые положения предписания.

Из предписания: «Комиссия антимонопольного органа приходит к выводу о том, что Заказчиком не представлены документально обоснованные доводы, безусловно свидетельствующие о том, что требования документации по рассматриваемой закупке не влекут за собой ограничение количества участников закупки, и что требование Заявителя о снятии ограничения по размеру и весу прибора приведет к ухудшению условий использования прибора медперсоналом».

Тем не менее, Заказчик, игнорируя вышеуказанные фразы, повторно размещает требования к размерам и весу прибора. Кроме того, вместо исправления технического задания после предписания УФАС, Заказчик вводит дополнительные требования к товару, тем самым делая техническое задание ещё более жёстким, а выбор возможных приборов ещё более безальтернативным.

В пункт 1.26 Заказчик добавляет характеристики некой «пластмассовой подставки» с разными дополнительными функциями. Этот пункт снова в явном виде говорит о том, что Заказчик не планирует закупку никаких других приборов, кроме Otoread. Почему заказчику нужна именно пластмассовая подставка? Зачем нужна функция «автоматической зарядки аккумуляторов при установке прибора на подставку», если в комплекте поставки нет аккумуляторов, а есть только четыре щелочные батареи (п. 2.3.)? Зачем в комплекте поставки указан «интерфейс соединения с персо-



нальным компьютером» (п. 2.8), если эта функция реализовывается в подставке («функции – связь с компьютером»)? Зачем указан тип интерфейса соединения с термопринтером RS232 (п. 2.13), если эта функция реализована в подставке (функции – связь с принтером)? Очевидно, что п. 1.26 добавлен Заказчиком искусственным образом и никак не связан с конкретными потребностями

Исполнителем. Изменили требования, связанные с системой документа, предписания выполнены формально – изменены только пп.1.12. и 2.10, в свою очередь изменение Технического задания выполнено таким образом, что лоббируются интересы компании Interacoustics, производящей систему Otoread. В ответ на отправленный нами запрос разъяснений Заказчик указал, что все требования предписания выполнены, изучены все имеющиеся модели и требования установлены, исходя из текущих потребностей Заказчика. При этом нам не ясно, почему вдруг потребности Заказчика так резко изменились со времени первого опубликования электронного аукциона.

Кроме того, на запросы других заинтересованных лиц, выявивших в техническом задании явные несоответствия требований, Заказчик не счёл нужным вносить какие-либо изменения.

Просим вынести предписание в адрес Заказчика об изменении Технического задания для возможности предложения и поставки в рамках аукциона приборов различных производителей.

Приложения:

- № 1 – Техническое задание
- № 2 – Ответ на запрос разъяснений 1
- № 3 – Ответ на запрос разъяснений 2
- № 4 – Ответ на запрос разъяснений 3

Директор ООО «ОНФД»
Гальцев Юрий Владимирович
13 июля 2015 года

